

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈君屹
	职称: 主任技师
	工作单位: 温州市人民医院
项目信息	项目名称: 泰顺县人民医院(泰顺县人民医院医共体)1.5T 磁共振维保项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	① 设备技术及配件是有证: 厂家掌握对应型号设备的核心技术参数, 配件性能稳定及质量维修规范, 第三方维修难以获取原厂配件, 及掌握现场维修技术。 ② 均是原厂维修, 确保满足临床对设备性能的高要求。 ③ 设备稳定性及维修原厂支持: 磁共振的成像部件对安全性要求极高, 原厂在设备维修中能确保这些部件的安全性。 ④ 符合政府采购法律法规: 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定, “只能从唯一供应商处采购”的情形可采用单一来源采购的方式。
专业人员签字	沈君屹 日期: 2025 年 9 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>吴少松</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>温州医科大学</u>	
项目信息	项目名称: 泰顺县人民医院(泰顺县人民医院医共体)1.5T 磁共振维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	由于西门子1.5T磁共振成像系统的原厂掌握设备的核心技术参数,原厂配件供货渠道及专属维修程序,第三方维修公司难以获取适配的原厂配件或不能掌握专属维修技术;原厂还可提供软件升级、人员培训、远程在线服务等配套支持,保障设备的长期稳定运行;同时原厂家的维修服务能够确保设备恢复至原厂标准要求,满足临床对设备的要求。因此,建议本西门子1.5T磁共振维保项目向西门子医疗系统有限公司购买维保服务。	
专业人员签字	<u>吴少松</u>	日期: <u>2015</u> 年 <u>9</u> 月 <u>25</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜德	
	职称: 高级工技师	
	工作单位: 温州医科大学附属第二医院	
项目信息	项目名称: 泰顺县人民医院(泰顺县人民医院医共体)1.5T磁共振维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	MRI设备精密级极高,其关键部件大多依赖原厂进口,维护保养及软件升级调试所需配件,第三方维保往往不尽如人意,基于该设备的技术复杂性、维修质量保障、临床实际需求等因素考虑,在符合法律法规的情况下,建议采用单一来源采购方法采购	
专业人员签字	姜德	日期: 2025年9月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。